

Pilchowice, 24.05.2023r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: 12/ZP/2023/Z

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA:

**„Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych w ramach realizacji projektu:
Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”**

Zad. 1. Dostawa 2 szt. łóżek elektrycznych z przechyłami bocznymi z materacem.

Zad. 2. Dostawa 1 szt. łóżka uniwersalnego z materacem z elektryczną bezwysięwą dla personelu regulacją.

Zad. 3. Dostawa 3 szt. Szafek przyłóżkowych z regulacją wysokości i pochylecia blatu bocznego.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Zadanie 2 Dostawa 1 szt. łóżka uniwersalnego z materacem z elektryczną bezwysięwą dla personelu regulacją:

Pytanie nr 1:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o szerokości całkowitej 108cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SOZ.

Pytanie nr 2:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 42- 81 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres podany w ww. pytaniu odpowiada wymogom określonym w SOZ.

Pytanie nr 3:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści regulacje segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści regulację segmentu uda w zakresie 0-70°?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zadanie 3 Dostawa 3 szt. Szafek przyłóżkowych z regulacją wysokości i pochylenia blatu bocznego:

Pytanie nr 5:

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafki przyłóżkowej o poniższych wymiarach?

Wysokość – 820mm +/-10mm

- **Zamawiający nie dopuszcza ww. wysokości**

Szerokość – 570mm +/- 10mm

- **Zamawiający dopuszcza ww. wymiary**

Głębokość – 430mm +/- 10mm

- **Zamawiający dopuszcza ww. wymiary**

Zamawiający

DYREKTOR

Lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska