

Pilchowice, 24.05.2023 r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: 12/ZP/2023/Z

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

**INFORMACJA O SPROSTOWANIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
– dotyczy odpowiedzi udzielonych w dniu 23.05.2023 r.**

„Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych w ramach realizacji projektu: Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Zad. 3. Dostawa 3 szt. Szafek przyłóżkowych z regulacją wysokości i pochylenia blatu bocznego.

Zamawiający informuje o sprostowaniu treści udzielonych dnia 23.05.2023 r. odpowiedzi na zapytania do treści Zaproszenia oraz przekazuje poniżej treść zapytania wraz z poprawną odpowiedzią:

Było:

„Pytanie 3:

Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wysokość szafki 930 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem utrzymania określonego w pkt. 3 zakresu regulacji wysokości dla blatu bocznego.”

Jest:

„Pytanie 3:

Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wysokość szafki 930 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza następujące parametry dot. szafek przyłóżkowych:

Wysokość: 840 mm – 930 mm

Szerokość: 450 mm – 580 mm

Głębokość: 390mm – 490 mm.

Zamawiający

DYREKTOR

Lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska